

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3979

CALIBRATION DATE: 30-Sep-16

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA

1450 psia S/N 6410

COEFFICIENTS:

PA0 = 2.073244e-001

PA1 = 6.896357e-002

PA2 = -1.783969e-009

PTCA0 = -2.087756e+002

PTCA1 = 1.694636e-001

PTCA2 = -1.614340e-003

PTCB0 = 2.473987e+001

PTCB1 = -6.250000e-004

PTCB2 = 0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

THERMAL CORRECTION

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	TEMPERATURE (°C)	COMPUTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (%FSR)	TEMP (°C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)
14.63	2.9	22.6	14.61	-0.00	32.50	13.58
301.09	4156.2	22.7	301.16	0.01	29.00	13.51
588.16	8315.8	22.8	588.09	-0.00	24.00	13.10
875.23	12478.3	22.8	875.16	-0.00	18.50	12.45
1162.25	16641.9	22.8	1162.24	-0.00	15.00	11.90
1449.22	20804.8	22.7	1449.21	-0.00	4.50	10.69
1162.33	16643.8	22.8	1162.38	0.00	1.00	10.00
875.26	12480.2	22.8	875.29	0.00		
588.26	8318.1	22.9	588.25	-0.00	TEMPERATURE (°C)	SPAN (mV)
301.23	4158.0	22.9	301.29	0.00	-5.00	24.74
14.63	2.8	22.9	14.60	-0.00	35.00	24.72

$$x = \text{instrument output} - \text{PTCA0} - \text{PTCA1} * t - \text{PTCA2} * t^2$$

$$n = x * \text{PTCB0} / (\text{PTCB0} + \text{PTCB1} * t + \text{PTCB2} * t^2)$$

$$\text{pressure (PSIA)} = \text{PA0} + \text{PA1} * n + \text{PA2} * n^2$$

$$\text{Residual (\%FSR)} = (\text{computed pressure} - \text{true pressure}) * 100 / \text{Full Scale Range}$$

