

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0026
CALIBRATION DATE: 02-Mar-17

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 5.552413e-006
a1 = 2.749718e-004
a2 = -2.227170e-006
a3 = 1.576536e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	613410.5	1.0000	0.0000
4.5000	525969.5	4.5000	0.0000
15.0000	337915.4	15.0000	-0.0000
18.4999	293337.3	18.4999	0.0000
24.0000	236219.3	24.0000	0.0000
28.9999	195150.4	28.9999	-0.0000
32.5000	171276.0	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

