



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1527  
CALIBRATION DATE: 27-Dec-24

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.685122e-005  
a1 = 2.677656e-004  
a2 = -1.613677e-006  
a3 = 1.373247e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	664575.4	1.0001	0.0001
4.5000	569542.9	4.4998	-0.0002
15.0000	365379.7	15.0002	0.0002
18.5000	317046.4	18.5000	-0.0000
24.0000	255153.2	23.9999	-0.0001
29.0000	210680.1	28.9999	-0.0001
32.5000	184841.4	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

