



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-0886  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2026  
CALIBRATION DATE: 27-Jun-17

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999771e-001  
rtca1 = 1.722952e-006  
rtca2 = -2.941763e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999790	0.9999788	-0.2
4.4999	0.9999840	0.9999842	0.2
15.0000	0.9999960	0.9999963	0.3
18.5000	0.9999990	0.9999989	-0.1
24.0000	1.0000020	1.0000015	-0.5
29.0000	1.0000020	1.0000023	0.3
32.5000	1.0000020	1.0000020	0.0

t = temperature (°C)

RTC frequency = rtca0 + rtca1 \* t + rtca2 \* t<sup>2</sup>

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

