Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1810
CALIBRATION DATE: 10-Jan-25

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.918201e-001
h =  1.376985e-001
i = -9.570311e-005
j =  3.125994e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  3.0426e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2684.03	0.00000	0.00000
1.0000	34.6834	2.96569	5353.56	2.96570	0.00001
4.5000	34.6620	3.27160	5555.61	3.27159	-0.00001
14.9999	34.6160	4.24962	6156.32	4.24960	-0.00002
18.5000	34.6057	4.59344	6353.69	4.59343	-0.00001
24.0000	34.5938	5.14917	6660.02	5.14920	0.00003
29.0000	34.5870	5.66897	6933.89	5.66898	0.00001
32.5000	34.5833	6.03994	7122.68	6.03992	-0.00002

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity