

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0304  
CALIBRATION DATE: 11-Jan-12

SBE4 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA  
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

## GHIJ COEFFICIENTS

g = -4.08173136e+000  
h = 4.33729635e-001  
i = -7.82976130e-004  
j = 5.76856448e-005  
CPcor = -9.5700e-008 (nominal)  
CTcor = 3.2500e-006 (nominal)

## ABCDM COEFFICIENTS

a = 2.05215222e-007  
b = 4.30500743e-001  
c = -4.06811703e+000  
d = -7.25430006e-005  
m = 5.7  
CPcor = -9.5700e-008 (nominal)

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (kHz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
0.0000	0.0000	0.00000	3.07430	0.00000	0.00000
-1.0000	34.8590	2.80769	8.63529	2.80774	0.00004
1.0000	34.8597	2.97932	8.86211	2.97929	-0.00003
15.0000	34.8590	4.27630	10.41552	4.27627	-0.00003
18.5000	34.8586	4.62337	10.79248	4.62337	-0.00001
29.0000	34.8559	5.70807	11.89141	5.70816	0.00009
32.5000	34.8476	6.08083	12.24529	6.08077	-0.00006

Conductivity =  $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / 10(1 + \delta t + \epsilon p)$  Siemens/meter

Conductivity =  $(af^m + bf^2 + c + dt) / [10(1 + \epsilon p)]$  Siemens/meter

t = temperature[°C]; p = pressure[decibars];  $\delta$  = CTcor;  $\epsilon$  = CPcor;

Residual = (instrument conductivity - bath conductivity) using g, h, i, j coefficients

Date, Slope Correction

