

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0520
CALIBRATION DATE: 16-Oct-16

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -2.714216e-005
a1 = 2.818739e-004
a2 = -2.787240e-006
a3 = 1.708270e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	707207.4	-1.5000	0.0000
1.0000	632176.4	1.0000	-0.0000
4.5000	541848.1	4.5000	-0.0000
8.0000	465925.1	8.0000	-0.0000
11.5000	401896.6	11.5000	0.0000
15.0000	347724.8	15.0000	0.0000
18.5000	301746.1	18.5000	0.0000
22.0000	262600.6	22.0000	-0.0000
25.5000	229173.3	25.5000	-0.0000
29.0000	200545.1	29.0000	-0.0000
32.5000	175957.3	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

