



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1527  
CALIBRATION DATE: 07-Aug-22

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999803e-001  
rtca1 = 1.650119e-006  
rtca2 = -3.229401e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999820	0.9999820	-0.0
4.5000	0.9999870	0.9999871	0.1
15.0000	0.9999980	0.9999978	-0.2
18.5000	1.0000000	0.9999998	-0.2
24.0000	1.0000010	1.0000013	0.3
29.0000	1.0000010	1.0000010	0.0
32.5000	1.0000000	0.9999999	-0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency =  $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) \* 1e6

