



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0655  
CALIBRATION DATE: 15-Jan-21

SBE 16 PRESSURE CALIBRATION DATA  
1000 psia S/N 44817

DIGIQUARTZ COEFFICIENTS:

C1 = -4.818715e+003  
C2 = 8.413850e-002  
C3 = 8.934330e-004  
D1 = 6.525300e-002  
D2 = 0.000000e+000  
T1 = 3.022431e+001  
T2 = -5.605780e-005  
T3 = 2.821130e-006  
T4 = 0.000000e+000  
T5 = 0.000000e+000

AD590M, AD590B, SLOPE AND OFFSET:

AD590M = 0.00000e+000  
AD590B = 0.00000e+000  
Slope = 1.00012  
Offset = 0.1416 (dbars)

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT TEMPERATURE (°C)	INSTRUMENT PRESSURE (PSIA)	CORRECTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (PSIA)
14.704	33135.31	22.1	14.429	14.634	-0.070
199.949	33762.95	22.1	199.707	199.934	-0.016
399.961	34424.25	22.1	399.710	399.960	-0.001
599.946	35069.66	22.1	599.706	599.980	0.034
799.920	35699.93	22.1	799.645	799.941	0.021
999.918	36315.87	22.1	999.513	999.832	-0.085
799.936	35699.98	22.1	799.660	799.956	0.021
599.947	35069.72	22.1	599.726	599.999	0.052
399.957	34424.25	22.1	399.710	399.960	0.004
199.971	33763.13	22.1	199.759	199.986	0.015
14.704	33135.64	22.1	14.524	14.730	0.025

Residual (PSIA) = corrected instrument pressure - reference pressure

