



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2022  
CALIBRATION DATE: 19-Jun-18

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.740203e-005  
a1 = 2.787844e-004  
a2 = -2.684683e-006  
a3 = 1.648029e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	694003.1	0.9999	-0.0001
4.5000	593957.4	4.5001	0.0001
15.0000	379558.9	14.9999	-0.0001
18.5000	328925.7	18.4999	-0.0001
24.0000	264189.4	24.0002	0.0002
29.0000	217762.6	28.9999	-0.0001
32.5001	190826.6	32.5001	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

