

PO Box 518
620 Applegate St.
Philomath, OR 97370



(541) 929-5650
Fax (541) 929-5277
www.seabird.com

PAR-SER Calibration Sheet

Date: October 8, 2021

Serial #: 2186

Model #: ASY-PAR-00033; In Water to 1000m

Calibration Coefficients

$$a_0 = 330685.7 \quad [count]$$

$$a_1 = 2.552688276E-04 \quad [\mu mol \text{ photons}/m^2/s/count]$$

$$Im = 1.3589$$

$$PAR = Im \cdot a_1(counts - a_0) \quad [\mu mol \text{ photons}/m^2/s]$$
