



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4426
CALIBRATION DATE: 19-May-22

SBE 16plus TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.246346e-003
a1 = 2.597154e-004
a2 = 1.296885e-007
a3 = 1.412488e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	666346.900	1.0001	0.0001
4.5000	593560.800	4.4997	-0.0003
15.0000	411114.100	15.0002	0.0002
18.5000	361717.000	18.5000	0.0000
23.9999	294391.300	23.9998	-0.0001
28.9999	242949.700	28.9997	-0.0002
32.5001	211796.900	32.5003	0.0002

n = Instrument Output (counts)

$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$

$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a0 + a1[\ln(R)] + a2[\ln^2(R)] + a3[\ln^3(R)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

