



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3765
CALIBRATION DATE: 07-May-21

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.029874e+000
h = 1.417508e-001
i = -2.471326e-004
j = 4.066842e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006
WBOTC = -8.7050e-006

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2699.23	0.00000	0.00000
1.0000	34.5953	2.95887	5307.80	2.95891	0.00004
4.5000	34.5754	3.26423	5506.52	3.26417	-0.00006
14.9999	34.5337	4.24059	6098.05	4.24059	0.00001
18.4999	34.5251	4.58388	6292.53	4.58389	0.00001
23.9999	34.5158	5.13883	6594.49	5.13883	-0.00000
29.0000	34.5107	5.65787	6864.56	5.65787	-0.00000
32.5000	34.5069	6.02811	7049.04	6.02477	-0.00333

$f = \text{Instrument Output(Hz)} * \text{sqrt}(1.0 + \text{WBOTC} * t) / 1000.0$

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); $\delta = \text{CTcor}$; $\epsilon = \text{CPcor}$;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \epsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

