



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2023
CALIBRATION DATE: 05-Apr-18

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999811e-001
rtca1 = 1.739700e-006
rtca2 = -3.278544e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9999	0.9999830	0.9999828	-0.2
4.4999	0.9999880	0.9999883	0.3
15.0000	1.0000000	0.9999998	-0.2
18.5000	1.0000020	1.0000021	0.1
24.0000	1.0000040	1.0000040	-0.0
29.0000	1.0000040	1.0000040	-0.0
32.5000	1.0000030	1.0000030	0.0

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

