

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0026
CALIBRATION DATE: 07-Feb-17

SBE 45 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 3.255522e-005
a1 = 2.686981e-004
a2 = -1.741549e-006
a3 = 1.451316e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	613400.3	1.0000	0.0000
4.5000	525961.3	4.5000	-0.0000
15.0000	337911.4	15.0000	-0.0000
18.5000	293333.0	18.5000	0.0000
24.0000	236216.0	24.0000	0.0000
29.0000	195145.8	28.9999	-0.0001
32.5000	171270.7	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

