Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4285
CALIBRATION DATE: 04-Mar-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.035711e+000
h =  1.436615e-001
i = -3.222374e-004
j =  4.808665e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -1.2233e-005
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2690.25	0.00000	0.00000
1.0000	34.6669	2.96441	5283.44	2.96445	0.00004
4.5000	34.6471	3.27033	5481.11	3.27030	-0.00003
15.0000	34.6042	4.24834	6069.30	4.24829	-0.00005
18.5000	34.5950	4.59217	6262.71	4.59218	0.00001
24.0000	34.5849	5.14800	6562.98	5.14807	0.00007
29.0000	34.5794	5.66787	6831.44	5.66783	-0.00004
32.5000	34.5768	6.03893	7016.52	6.03873	-0.00021

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductiv ity = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$ Siemens / meter

t = temperatur e[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity