Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2327
CALIBRATION DATE: 30-Sep-16

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.247481e-001
h =  1.281285e-001
i = -1.480989e-004
j =  3.262440e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  4.0610e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2688.10	0.00000	0.00000
1.0000	34.8769	2.98065	5517.10	2.98064	-0.00001
4.5000	34.8565	3.28814	5729.14	3.28815	0.00001
15.0000	34.8141	4.27137	6358.77	4.27137	-0.00000
18.5000	34.8053	4.61707	6565.44	4.61708	0.00001
24.0000	34.7959	5.17593	6886.01	5.17592	-0.00000
29.0000	34.7913	5.69868	7172.47	5.69868	-0.00000
32.5000	34.7892	6.07180	7369.87	6.07180	0.00000

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity