



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329
CALIBRATION DATE: 27-Feb-18

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 1.000003e+000
rtca1 = 1.451995e-006
rtca2 = -2.386243e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	1.0000050	1.0000048	-0.2
4.5000	1.0000090	1.0000094	0.4
15.0000	1.0000200	1.0000197	-0.3
18.5000	1.0000220	1.0000220	0.0
24.0000	1.0000240	1.0000244	0.4
29.0000	1.0000260	1.0000254	-0.6
32.5000	1.0000250	1.0000253	0.3

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

