# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com


SENSOR SERIAL NUMBER: 2332
CALIBRATION DATE: 09-Dec-11

SBE 37 PRESSURE CALIBRATION DATA
1450 psia S/N 0799

COEFFICIENTS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| PA0 = | 4.439701e-001 | PTCA0 = | -1.877617e+002 |
| PA1 = | 6.884172e-002 | PTCA1 = | 4.017436e-001 |
| PA2 = | -5.535756e-009 | PTCA2 = | -5.184369e-003 |
| | | PTCB0 = | 2.486613e+001 |
| | | PTCB1 = | -1.750000e-004 |
| | | PTCB2 = | 0.000000e+000 |

PRESSURE SPAN CALIBRATION

| PRESSURE PSIA | INST OUTPUT | TEMP ITS90 | COMPUTED PRESSURE | ERROR %FS |
|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 26.7 | 22.7 | 14.77 | 0.00 |
| 315.06 | 4389.7 | 22.8 | 315.05 | -0.00 |
| 615.08 | 8751.4 | 22.8 | 615.04 | -0.00 |
| 915.08 | 13116.5 | 22.7 | 915.06 | -0.00 |
| 1215.11 | 17485.2 | 22.7 | 1215.10 | -0.00 |
| 1465.09 | 21127.3 | 22.7 | 1465.09 | -0.00 |
| 1215.07 | 17485.0 | 22.7 | 1215.09 | 0.00 |
| 915.03 | 13116.5 | 22.7 | 915.06 | 0.00 |
| 615.03 | 8751.3 | 22.7 | 615.04 | 0.00 |
| 315.03 | 4389.7 | 22.7 | 315.05 | 0.00 |
| 14.75 | 26.2 | 22.7 | 14.73 | -0.00 |

THERMAL CORRECTION

| TEMP ITS90 | INST OUTPUT | TEMP ITS90 | SPAN MV |
|---|---|---|---|
| 32.50 | 37.87 | -5.00 | 24.87 |
| 29.00 | 37.94 | 35.00 | 24.86 |
| 24.00 | 37.43 | | |
| 18.50 | 36.11 | | |
| 15.00 | 35.16 | | |
| 4.50 | 32.12 | | |
| 1.00 | 31.01 | | |

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * $t^2$

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * $t^2$)

pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * $n^2$