

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1863
CALIBRATION DATE: 20-Nov-15

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.884376e-006
a1 = 2.832726e-004
a2 = -3.066515e-006
a3 = 1.772119e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	612565.7	1.0000	-0.0000
4.5000	524242.0	4.5001	0.0001
15.0000	334959.4	14.9999	-0.0001
18.5001	290257.9	18.5001	-0.0000
24.0000	233111.8	24.0001	0.0001
29.0000	192128.6	29.0000	-0.0000
32.4999	168354.4	32.4999	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

