



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1805
CALIBRATION DATE: 27-Dec-24

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.088949e-004
a1 = 3.112573e-004
a2 = -4.905226e-006
a3 = 2.119197e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	569197.7	0.9999	-0.0001
4.5000	486353.3	4.5002	0.0002
15.0000	309470.8	14.9998	-0.0002
18.5000	267855.0	18.5000	0.0000
24.0000	214764.3	24.0001	0.0001
29.0000	176775.6	29.0000	0.0000
32.5000	154777.4	32.4999	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

