



a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Form No 830, Juli 2012

Certificate no: 4831F_723_00140301
Foil batch no: 2808FM

Product: 4831F
Calibration date: 04.12.2017

Serial no: 723
Page 1 of 2



Index	Temperature reference(°C)	[O2] Reference(µM)	Temperature raw data(mV)	Phase reading(°)
0	30.082	0.58	-81.500	61.42
1	20.045	0.35	231.193	62.31
2	10.207	0.66	538.640	63.04
3	0.781	1.81	812.900	63.64
4	0.755	21.14	813.600	60.72
5	0.734	43.86	814.200	57.69
6	0.716	65.82	814.680	55.11
7	0.700	108.17	815.113	50.88
8	0.683	152.08	815.600	47.34
9	0.668	217.00	816.000	43.13
10	0.658	324.36	816.273	38.07
11	0.651	431.88	816.487	34.46
12	0.639	537.54	816.793	31.77
13	10.271	17.37	536.673	59.39
14	10.116	34.22	541.400	56.27
15	10.014	51.33	544.507	53.52
16	9.934	84.81	546.933	49.04
17	9.876	119.34	548.707	45.36
18	9.843	170.30	549.693	41.11
19	9.824	254.46	550.280	36.09
20	9.811	339.64	550.693	32.54
21	9.800	425.13	551.000	29.93
22	20.224	15.62	225.533	57.70
23	20.078	27.54	230.147	54.70
24	19.999	40.74	232.640	51.82
25	19.944	67.20	234.380	47.10
26	19.913	94.39	235.340	43.32
27	19.894	135.29	235.960	38.98
28	19.886	202.66	236.200	34.00
29	19.886	270.74	236.200	30.58
30	19.887	340.35	236.200	28.03
31	30.188	12.32	-84.713	56.72
32	30.109	22.19	-82.327	53.42
33	30.077	33.04	-81.387	50.31
34	30.063	54.70	-80.947	45.34
35	30.062	76.94	-80.900	41.46
36	30.075	110.31	-81.307	37.08
37	30.093	165.74	-81.840	32.17
38	30.103	221.94	-82.200	28.84
39	30.110	280.28	-82.400	26.41

Certificate no: 4831F_723_00140301
Foil batch no: 2808FM

Product: 4831F
Calibration date: 04.12.2017

Serial no: 723
Page 2 of 2

Index	0	1	2	3	4	5	6
SVUFoilCoef	3.05272E-03	1.28887E-04	2.49722E-06	1.26283E02	-1.83431E-01	-3.07982E01	2.46650E00
TempCoef	2.74141E01	-3.24153E-02	3.42647E-06	-4.74212E-09	0.00000E00	0.00000E00	



Date: 04.12.2017

Tor-Ove Kvalvaag

Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer