



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329  
CALIBRATION DATE: 07-Jun-23

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.640810e-004  
a1 = 3.046505e-004  
a2 = -3.649073e-006  
a3 = 1.818245e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	554719.9	1.0000	0.0000
4.5000	476619.2	4.4999	-0.0001
15.0000	308178.7	15.0001	0.0001
18.5000	268120.3	18.5000	0.0000
24.0000	216689.3	23.9999	-0.0001
29.0000	179611.6	29.0001	0.0001
32.5000	158014.8	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

