



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1858
CALIBRATION DATE: 27-Dec-24

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -4.589947e-005
a1 = 2.869051e-004
a2 = -3.154163e-006
a3 = 1.811738e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	616257.3	1.0000	0.0000
4.5000	528354.2	4.5000	0.0000
15.0000	339343.0	14.9999	-0.0001
18.5000	294546.2	18.5001	0.0001
24.0000	237161.7	24.0000	0.0000
29.0000	195907.6	28.9999	-0.0001
32.5000	171929.4	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

