



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0904  
CALIBRATION DATE: 22-Feb-20

# SBE 43 OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:  
Soc = 0.3192  
Voffset = -0.6832  
Tau20 = 1.93  
A = -5.2077e-003  
B = 2.2387e-004  
C = -3.0471e-006  
E nominal = 0.036

NOMINAL DYNAMIC COEFFICIENTS  
D1 = 1.92634e-4  
D2 = -4.64803e-2  
H1 = -3.300000e-2  
H2 = 5.00000e+3  
H3 = 1.45000e+3

BATH OXYGEN (ml/l)	BATH TEMPERATURE (° C)	BATH SALINITY (PSU)	INSTRUMENT OUTPUT (volts)	INSTRUMENT OXYGEN (ml/l)	RESIDUAL (ml/l)
1.12	2.00	0.00	1.048	1.12	-0.00
1.12	6.00	0.00	1.095	1.12	-0.00
1.12	12.00	0.00	1.165	1.12	-0.00
1.14	20.00	0.00	1.265	1.14	-0.00
1.14	26.00	0.00	1.337	1.14	-0.00
1.15	30.00	0.00	1.389	1.15	0.00
3.87	6.00	0.00	2.112	3.88	0.01
3.87	12.00	0.00	2.353	3.88	0.00
3.88	26.00	0.00	2.910	3.88	0.00
3.89	20.00	0.00	2.675	3.89	-0.00
3.89	30.00	0.00	3.081	3.90	0.00
4.00	2.00	0.00	1.992	4.01	0.01
6.63	2.00	0.00	2.850	6.63	-0.01
6.66	6.00	0.00	3.135	6.65	-0.00
6.71	12.00	0.00	3.571	6.70	-0.00
6.75	20.00	0.00	4.143	6.75	0.00
6.77	30.00	0.00	4.848	6.77	-0.00
6.79	26.00	0.00	4.578	6.79	0.00

V = instrument output (volts); T = temperature (°C); S = salinity (PSU); K = temperature (°K)

Oxsol(T,S) = oxygen saturation (ml/l); P = pressure (dbar)

Oxygen (ml/l) = Soc \* (V + Voffset) \* (1.0 + A \* T + B \* T<sup>2</sup> + C \* T<sup>3</sup>) \* Oxsol(T,S) \* exp(E \* P / K)

Residual (ml/l) = instrument oxygen - bath oxygen

