SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1866
CALIBRATION DATE: 21-Dec-10

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.725829e-001
h =  1.347183e-001
i = -1.404995e-004
j =  3.394950e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC =  2.9139e-006
```

BATH TEMP (ITS-90)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (Siemens/m)	INST FREQ (Hz)	INST COND (Siemens/m)	RESIDUAL (Siemens/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2688.13	0.00000	0.00000
1.0000	34.8587	2.97924	5411.40	2.97926	0.00002
4.5000	34.8384	3.28660	5616.87	3.28658	-0.00002
15.0000	34.7943	4.26920	6227.50	4.26918	-0.00002
18.5000	34.7846	4.61462	6428.05	4.61462	0.00001
23.9999	34.7730	5.17289	6739.18	5.17291	0.00002
29.0000	34.7660	5.69501	7017.25	5.69499	-0.00001

f = INST FREQ * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

Conductivity = $(g + hf^2 + if^3 + jf^4) / (1 + \delta t + \varepsilon p)$ Siemens/meter

t = temperature[°C)]; p = pressure[decibars]; δ = CTcor; ε = CPcor;

Residual = instrument conductivity - bath conductivity