



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1162
CALIBRATION DATE: 11-Jan-25

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -1.567485e-004
a1 = 3.180355e-004
a2 = -6.146136e-006
a3 = 2.553819e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	825811.8	-1.5000	0.0000
1.0000	736209.5	1.0001	0.0001
4.5000	628657.7	4.4999	-0.0001
8.0000	538566.8	7.9997	-0.0003
11.5000	462842.6	11.5000	0.0000
15.0000	398993.9	15.0004	0.0004
18.5000	344997.9	18.5001	0.0001
22.0000	299184.4	21.9999	-0.0001
25.5000	260195.2	25.4997	-0.0003
29.0000	226914.9	28.9999	-0.0001
32.5000	198426.9	32.5002	0.0002

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[\ln(n)] + a2[\ln^2(n)] + a3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

