



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2318
CALIBRATION DATE: 07-Feb-24

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999952e-001
rtca1 = 1.526408e-006
rtca2 = -3.285077e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9999	0.9999970	0.9999967	-0.3
4.4999	1.0000010	1.0000014	0.4
14.9999	1.0000110	1.0000107	-0.3
18.4999	1.0000120	1.0000122	0.2
24.0000	1.0000130	1.0000129	-0.1
29.0000	1.0000120	1.0000119	-0.1
32.5000	1.0000100	1.0000101	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

