



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-8866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2026  
CALIBRATION DATE: 27-Jun-17

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -8.090525e-008  
a1 = 2.748911e-004  
a2 = -2.531550e-006  
a3 = 1.605106e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	737261.0	1.0000	-0.0000
4.4999	630441.9	4.4999	0.0000
15.0000	401848.6	15.0000	0.0000
18.5000	347954.8	18.5000	-0.0000
24.0000	279117.6	24.0000	0.0000
29.0000	229801.4	29.0000	0.0000
32.5000	201218.1	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

