



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3774
CALIBRATION DATE: 15-Jan-25

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 2.070550e-005
a1 = 2.758721e-004
a2 = -2.466149e-006
a3 = 1.547733e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	741633.5	-1.5000	0.0000
1.0000	661507.8	1.0000	-0.0000
4.5000	565304.9	4.5000	-0.0000
8.0000	484694.6	8.0000	-0.0000
11.5000	416915.9	11.5000	0.0000
15.0000	359737.9	15.0000	0.0000
18.5000	311344.6	18.5000	0.0000
22.0000	270257.1	22.0000	0.0000
25.5000	235265.4	25.5000	-0.0000
29.0001	205374.9	29.0000	-0.0001
32.5000	179767.7	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[\ln(n)] + a2[\ln^2(n)] + a3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

