



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1851
CALIBRATION DATE: 24-Apr-19

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -3.897324e-005
a1 = 2.861524e-004
a2 = -3.161674e-006
a3 = 1.794626e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	634105.2	1.0000	-0.0000
4.5000	543195.8	4.5000	0.0000
15.0000	348034.5	15.0000	-0.0000
18.5000	301860.8	18.5000	-0.0000
23.9999	242767.9	23.9999	-0.0000
29.0000	200330.8	29.0001	0.0001
32.5000	175690.7	32.4999	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

