SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

13431 NE 20th Street, Bellevue, Washington, 98005-2010 USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax (425) 643 - 9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0696
CALIBRATION DATE: 30-Dec-10

SBE3 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

g = 4.84767901e-003
h = 6.90904619e-004
i = 3.39611288e-005
j = 3.26474771e-006
f0 = 1000.0

IPTS-68 COEFFICIENTS

a = 3.68120941e-003
b = 5.99775160e-004
c = 1.61328956e-005
d = 3.26643822e-006
f0 = 6190.816

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT FREQ (Hz)	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
-1.4999	6190.816	-1.4998	0.00011
1.0001	6547.798	1.0000	-0.00010
4.5001	7072.343	4.5000	-0.00009
8.0001	7626.447	8.0001	-0.00005
11.5001	8210.872	11.5001	0.00003
15.0001	8826.339	15.0002	0.00011
18.5001	9473.534	18.5002	0.00013
22.0001	10153.114	22.0001	0.00005
25.5001	10865.704	25.5000	-0.00015
29.0002	11611.960	28.9999	-0.00028
32.5001	12392.510	32.5003	0.00022

Temperature ITS-90 = $1/\{g + h[ln(f_0/f)] + i[ln^2(f_0/f)] + j[ln^3(f_0/f)]\} - 273.15$ (°C)

Temperature IPTS-68 = $1/\{a + b[ln(f_0/f)] + c[ln^2(f_0/f)] + d[ln^3(f_0/f)]\} - 273.15$ (°C)

Following the recommendation of JPOTS: T_{68} is assumed to be 1.00024 * T_{90} (-2 to 35 °C)

Residual = instrument temperature - bath temperature