



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1852
CALIBRATION DATE: 07-Apr-23

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999820e-001
rtca1 = 1.786045e-006
rtca2 = -3.301557e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
0.9999	0.9999840	0.9999837	-0.3
4.4999	0.9999890	0.9999893	0.3
15.0000	1.0000010	1.0000013	0.3
18.5000	1.0000040	1.0000037	-0.3
24.0000	1.0000060	1.0000058	-0.2
29.0000	1.0000060	1.0000060	-0.0
32.5000	1.0000050	1.0000051	0.1

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

