



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1852
CALIBRATION DATE: 03-May-19

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -8.586114e-005
a1 = 2.865635e-004
a2 = -3.085899e-006
a3 = 1.775459e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	706619.2	1.0000	-0.0000
4.5000	606030.0	4.5000	0.0000
15.0000	389614.0	15.0000	-0.0000
18.5000	338291.0	18.5000	-0.0000
23.9999	272517.9	23.9999	0.0000
29.0000	225209.8	29.0000	0.0000
32.5000	197705.4	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

