

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6628
CALIBRATION DATE: 17-Jan-15

SBE 16plus V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.303729e-003
a1 = 2.617799e-004
a2 = -4.411382e-007
a3 = 1.601218e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
0.9999	595627.800	0.9999	0.0000
4.5000	526277.200	4.4999	-0.0001
15.0000	355892.400	15.0000	-0.0000
18.4999	310633.700	18.5000	0.0001
24.0000	249584.818	23.9999	-0.0001
28.9999	203452.100	28.9998	-0.0001
32.5000	175743.800	32.5001	0.0001

$$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$$

$$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$$

$$\text{Temperature ITS-90} = 1 / \{a_0 + a_1[\ln(R)] + a_2[\ln^2(R)] + a_3[\ln^3(R)]\} - 273.15 \text{ (}^\circ\text{C)}$$

Residual = instrument temperature - bath temperature

