



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6628
CALIBRATION DATE: 12-Jan-25

SBE 16plus V2 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

g = -1.052287e+000
h = 1.389441e-001
i = -1.301775e-004
j = 2.640462e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor = 3.2500e-006

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2753.56	0.0000	0.00000
1.0000	34.7055	2.96740	5377.47	2.9674	0.00001
4.5000	34.6866	3.27369	5577.95	3.2737	-0.00001
15.0000	34.6447	4.25278	6174.71	4.2528	-0.00001
18.5000	34.6354	4.59695	6370.99	4.5970	0.00000
24.0000	34.6241	5.15319	6675.77	5.1532	0.00001
29.0000	34.6151	5.67306	6948.27	5.6731	0.00001
32.5000	34.6057	6.04341	7135.89	6.0434	-0.00001

f = Instrument Output (Hz) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ϵ = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \epsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

