

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6627
CALIBRATION DATE: 25-Jan-12

SBE16plus TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = 1.272385e-003

a1 = 2.615718e-004

a2 = -4.096448e-007

a3 = 1.551850e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT(n)	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
1.0000	649984.700	1.0000	0.0000
4.5000	577066.400	4.5000	-0.0000
15.0000	395548.900	15.0000	0.0000
18.5000	346758.100	18.5000	-0.0000
24.0000	280551.000	23.9999	-0.0001
28.9999	230218.500	29.0000	0.0001
32.5000	199864.364	32.5000	-0.0000

MV = (n - 524288) / 1.6e+007

R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)

Temperature ITS-90 = $1 / \{a_0 + a_1[\ln(R)] + a_2[\ln^2(R)] + a_3[\ln^3(R)]\} - 273.15$ (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

