



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4425
CALIBRATION DATE: 08-Jan-21

SBE 16plus TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = 1.220339e-003
a1 = 2.672552e-004
a2 = -8.865597e-007
a3 = 1.799385e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9999	686154.400	1.0000	0.0001
4.5000	611959.600	4.4998	-0.0002
15.0000	425194.300	15.0004	0.0004
18.4999	374455.000	18.4997	-0.0002
23.9999	305177.200	23.9996	-0.0003
29.0000	252159.600	29.0003	0.0003
32.5001	220037.100	32.5000	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

$MV = (n - 524288) / 1.6e+007$

$R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)$

Temperature ITS-90 (°C) = $1 / \{a0 + a1[\ln(R)] + a2[\ln^2(R)] + a3[\ln^3(R)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

