



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2355  
CALIBRATION DATE: 06-May-21

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 = -6.595202e-005  
a1 = 2.812276e-004  
a2 = -2.843373e-006  
a3 = 1.641359e-007

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
0.9998	811425.7	0.9998	-0.0000
4.4999	694094.9	4.4999	0.0000
14.9999	442920.8	14.9999	-0.0000
18.5000	383670.6	18.5000	-0.0000
23.9999	307970.2	23.9999	0.0000
28.9999	253712.9	28.9999	0.0000
32.5000	222253.4	32.5000	-0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

