

Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0806
CALIBRATION DATE: 25-Nov-15

SBE 39 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

rtca0 = 9.999895e-001

rtca1 = 1.598743e-006

rtca2 = -3.712395e-008

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
-1.5000	0.9999870	0.9999870	0.0
1.0000	0.9999910	0.9999910	0.0
4.5000	0.9999960	0.9999959	-0.1
8.0000	1.0000000	0.9999999	-0.1
11.5000	1.0000030	1.0000030	-0.0
15.0000	1.0000050	1.0000051	0.1
18.5000	1.0000060	1.0000064	0.4
22.0000	1.0000070	1.0000067	-0.3
25.5000	1.0000060	1.0000061	0.1
29.0000	1.0000050	1.0000046	-0.4
32.5000	1.0000020	1.0000022	0.2

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

