Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3768
CALIBRATION DATE: 22-Nov-15

SBE 37 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -1.046130e+000
h =  1.619750e-001
i = -3.782715e-005
j =  3.238516e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -7.3132e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2540.69	0.00000	0.00000
1.0000	34.6838	2.96572	4967.45	2.96573	0.00002
4.5000	34.6647	3.27183	5152.69	3.27181	-0.00002
15.0000	34.6227	4.25037	5704.03	4.25036	-0.00001
18.5000	34.6138	4.59440	5885.37	4.59440	0.00000
24.0000	34.6042	5.15055	6167.00	5.15057	0.00001
29.0000	34.5992	5.67075	6418.97	5.67075	0.00000
32.5000	34.5965	6.04198	6592.73	6.04198	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / 10 (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity