

# Sea-Bird Electronics, Inc.

13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA

Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1422  
CALIBRATION DATE: 10-May-12

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

## ITS-90 COEFFICIENTS

a0 = -3.313655e-005

a1 = 2.758785e-004

a2 = -2.413366e-006

a3 = 1.552053e-007

BATH TEMP (ITS-90)	INSTRUMENT OUTPUT	INST TEMP (ITS-90)	RESIDUAL (ITS-90)
-1.5000	857607.4	-1.5000	0.0000
0.9998	765782.7	0.9998	-0.0000
4.5000	655373.4	4.5000	0.0000
8.0001	562723.0	8.0001	-0.0000
11.5000	484708.0	11.5000	0.0000
15.0001	418797.0	15.0001	-0.0000
18.5001	362934.3	18.5001	0.0000
22.0002	315439.2	22.0002	0.0000
25.5000	274939.3	25.5000	-0.0000
29.0001	240296.6	29.0001	-0.0000
32.5000	210582.2	32.5000	0.0000

Temperature ITS-90 =  $1/\{a_0 + a_1[\ln(n)] + a_2[\ln^2(n)] + a_3[\ln^3(n)]\} - 273.15$  (°C)

Residual = instrument temperature - bath temperature

