Sensil Aqua SGNS — 정밀 기기 매뉴얼

목차

1. 소개
2. 안전 정보
3. 개봉 및 구성품 확인
4. 장치 개요
5. 초기 설정 (최초 1회)
6. 일상 사용 방법
7. 측정 모드 안내
8. 데이터 관리 및 내보내기
9. 유지 관리 및 청소
10. 센서 교체
11. 문제 해결 (FAQ)
12. 오류 코드 목록
13. 보증 및 서비스
14. 기술 사양

1. 소개

1.1 제품 개요

Sensil Aqua SGNS는 수질 측정 전문가를 위한 휴대용 다항목 수질 분석 기기입니다. 현장 측정 후 데이터를 즉시 확인하고, 필요 시 PC로 내보내 보고서를 작성할 수 있습니다.

1.2 주요 특징

- 4개 측정 항목 동시 측정
- 방수 등급 IP67
- 내장 배터리 약 12시간 연속 사용
- 블루투스 5.0 무선 연결
- 최대 10,000개 측정 데이터 저장

1.3 사용 대상

- 환경 컨설팅 업체 현장 조사원
- 양식장 및 수산물 가공 시설 관리자
- 하천·호수 정기 모니터링 담당자
- 교육 기관 실습 장비

2. 안전 정보

2.1 일반 주의사항

- 본 기기는 **방수 등급 IP67**입니다. 수중 장시간 침수는 보증 대상이 아닙니다.
- 충전 시 반드시 제공된 정품 충전 케이블을 사용하십시오.
- 폭발 위험 지역에서는 사용하지 마십시오.
- 어린이가 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2.2 배터리 안전

- 배터리를 분해하거나 임의로 교체하지 마십시오.
- 충전 온도 범위: **0 °C ~ 40 °C**
- 장기 보관 시 배터리 잔량을 50 % 내외로 유지하십시오.

3. 개봉 및 구성품 확인

3.1 표준 구성품

품목	수량
Sensil Aqua SGNS 본체	1
센서 모듈 (pH / 탁도 / 용존산소 / 수온)	1
충전 케이블 (USB-C)	1
보호 캡	2
빠른 시작 가이드	1
보증서	1

3.2 선택 구성품

품목	비고
휴대용 캐리어 케이스	하드 타입
예비 센서 모듈	4종 세트
교정 표준액 세트	pH 4.01 / 7.00 / 10.01
삼각대 어댑터	1/4" 나사

4. 장치 개요

4.1 각 부분 명칭

4.2 디스플레이 화면 구성

4.3 상태 LED 표시

색상	상태
녹색	정상 대기
청색	블루투스 연결됨
황색	충전 중
적색	오류 발생

5. 초기 설정 (최초 1회)

5.1 전원 켜기



5.2 언어 선택

5.3 날짜 및 시간 설정

5.4 블루투스 페어링

6. 일상 사용 방법

6.1 측정 준비

6.2 측정 시작

6.3 측정 종료 및 보관

7. 측정 모드 안내

7.1 단일 측정 모드

- 버튼 한 번으로 1회 측정 후 결과 표시
- 측정 값은 자동으로 저장됩니다.

7.2 연속 측정 모드

- 설정 메뉴 → 측정 → 연속 측정 선택
- 측정 간격: 1초 / 5초 / 10초 / 30초 / 60초 중 선택
- 중지 버튼을 누를 때까지 계속 측정합니다.

7.3 현장 측정 (FIELD MEASUREMENT)

- 위치 정보(GPS)를 함께 기록합니다.
- 현장 메모 음성 녹음 최대 30초 지원.

7.4 실험실 측정 (LABORATORY)

- 교정 데이터를 적용한 보정 측정 모드.
- 표준액 교정 후 사용을 권장합니다.

7.5 자동 측정 (AUTO)

- 지정한 시각에 자동으로 측정을 시작합니다.
- 최대 24개 예약 가능.

8. 데이터 관리 및 내보내기

8.1 데이터 저장

- 내부 메모리 최대 10,000개 측정 데이터 저장.
- 용량 초과 시 가장 오래된 데이터부터 덮어씁니다.

8.2 데이터 내보내기

- 블루투스를 통해 PC 또는 모바일 앱으로 전송.
- 내보내기 형식: CSV, JSON, PDF 보고서.
- 내보내기 전 기간 또는 측정 지점을 선택할 수 있습니다.

8.3 데이터 삭제

- 개별 삭제: 측정 이력 화면에서 해당 항목 선택 후 삭제.
- 전체 삭제: 설정 → 데이터 관리 → 전체 삭제 (확인 절차 2회).

9. 유지 관리 및 청소

9.1 센서 청소

- 부드러운 천으로 센서 표면의 이물질을 닦아냅니다.
- 탁도 센서 광학 창은 증류수로 헹구십시오.
- 세제 사용 금지.

9.2 보관 방법

- 보호 캡을 항상 장착하여 보관하십시오.
- 보관 온도: 5 °C ~ 30 °C
- 직사광선을 피하십시오.

9.3 정기 점검 항목

항목	주기
센서 청소	사용 후 매회
교정	월 1회
방수 패킹 육안 점검	분기 1회
펌웨어 업데이트 확인	수시

10. 센서 교체

10.1 교체 시기

- 교정 시 오차가 허용 범위를 벗어날 때.
- 센서 수명 표시가 0 %에 도달했을 때.

10.2 교체 절차

1. 전원을 끄십시오.
2. 센서 모듈 고정 나사를 풀고 모듈을 분리하십시오.
3. 새 센서 모듈을 장착하고 나사를 조이십시오.
4. 전원을 켜고 센서 교체 마법사를 따르십시오.

10.3 교정 절차

1. 설정 → 교정 → 센서 선택.
2. 표준액에 센서를 담그십시오.
3. 안정화 후 교정 버튼을 누르십시오.
4. 다음 표준액으로 반복합니다.

11. 문제 해결 (FAQ)

11.1 전원이 켜지지 않습니다

- 충전 케이블을 확인하십시오.
- 배터리 잔량이 0 %인 경우 30분 이상 충전하십시오.

11.2 측정 값이 불안정합니다

- 센서 모듈이 완전히 장착되었는지 확인하십시오.
- 기포가 센서 표면에 붙어 있지 않은지 확인하십시오.
- 시료 온도가 안정화될 때까지 기다리십시오.

11.3 블루투스 연결이 끊어집니다

- 거리를 10 m 이내로 유지하십시오.
- 다른 블루투스 기기와의 간섭을 피하십시오.
- 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하십시오.

11.4 충전이 되지 않습니다

- 충전 케이블을 확인하십시오.
- 충전 온도 범위(0 °C ~ 40 °C)를 벗어나지 않았는지 확인하십시오.
- 충전 단자의 이물질을 제거하십시오.

11.5 센서 교체 후 오차가 큽니다

- 교정을 다시 수행하십시오.
- 표준액의 유효기간을 확인하십시오.
- 센서 모듈이 완전히 장착되었는지 확인하십시오.

11.6 디스플레이가 흐릿합니다

- 보호 필름이 남아 있는지 확인하십시오.
- 화면 밝기를 높이십시오.
- 디스플레이 표면을 부드러운 천으로 닦으십시오.

12. 오류 코드 목록

코드	의미	조치
E01	센서 통신 오류	센서 모듈 재장착
E02	센서 값 범위 초과	센서 교체
E03	교정 실패	표준액 확인 후 재교정
E04	저장 공간 부족	데이터 내보내기 후 삭제
E05	배터리 부족	충전
E06	펌웨어 오류	재부팅
E07	온도 센서 오류	서비스 센터 문의
E08	압력 센서 오류	서비스 센터 문의
E09	내부 메모리 오류	서비스 센터 문의
E10	알 수 없는 오류	재부팅

13. 보증 및 서비스

13.1 보증 기간

- 본체: 구매일로부터 **2년**
- 센서 모듈: 구매일로부터 **1년**
- 배터리: 구매일로부터 **6개월**

13.2 보증 제외 사항

- 사용자 과실로 인한 파손
- 침수 외 외부 충격으로 인한 손상
- 비정품 부품 사용으로 인한 고장
- 무단 분해 흔적이 있는 경우

13.3 서비스 센터

- 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 4층
- 전화: 02-1234-5678
- 이메일: service@sensilaqua.kr
- 운영 시간: 평일 09:00 ~ 18:00

14. 기술 사양

항목	사양
측정 항목	pH, 탁도, 용존산소, 수온
pH 범위	0.00 ~ 14.00
pH 정확도	±0.02
탁도 범위	0 ~ 1,000 NTU
탁도 정확도	±2 %
용존산소 범위	0.00 ~ 20.00 mg/L
용존산소 정확도	±0.1 mg/L
수온 범위	0 ~ 50 °C
수온 정확도	±0.1 °C
방수 등급	IP67
디스플레이	3.5인치 컬러 터치
배터리	리튬 이온 3,000 mAh
연속 사용 시간	약 12시간
충전 시간	약 3시간
무선 통신	블루투스 5.0
저장 용량	10,000개 측정 데이터
본체 크기	180 × 85 × 45 mm
본체 무게	약 420 g