

LINHA VETERINÁRIA

CONJUNTO PARA VETERINÁRIA MODELO KT-15

O Conjunto de Anestesia KT - 15 é um equipamento portátil e compacto desenvolvido especificamente para procedimentos de anestesia veterinária.



- Fluxômetro com Escala de O₂ de 1 a 15 l/min.
- Filtro Valvular 3300 para utilização de sistema respiratório com absorção de CO₂ aumentando a versatilidade do equipamento.
- Válvula de escape (pop-off) metálica incorporada a válvula expiratória.
- Conexão para entrada do fluxo de gases frescos incorporada a válvula inspiratória.
- Alça Superior e lateral para Manuseio do Produto
- Canister com capacidade de 1.100g de Cal Sodada.
- Válvula reguladora de pressão de O₂ incorporada, com tomada para medição da pressão regulada.
- Botão de O₂ Direto para um alto fluxo de O₂ sem que este passe pelo Vaporizador.
- Botão de Controle de Fluxo com proteção de 360° contra acionamento acidental.
- Suporte para Vaporizador Calibrado.
- Acompanha Circuito Respiratório, Balão de Oxigênio e Mangueira de Oxigênio.

Normas

NBR IEC-60601-1/97 (1994) & Errata nº 1 (1997) – (Equipamento eletromédico -

Parte 1: Prescrições Gerais para Segurança)

Equipamento Classe 1 – Energizado Internamente

Tipo B – IPX1 – Operação Contínua

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Parâmetros	
Parâmetro	Faixa
Redes.....	engate com Rosca conforme NBR 11906
Pressão de alimentação dos gases.....	entre 45 e 100 psi (310 e 690 kPa)
Pressão da válvula reguladora interna.....	30 psi (207 kPa)
Fluxômetro com Escala.....	1 a 15 l/min. (+/- 10%)
Fluxo de O ₂	acima de 35 l/min.
Peso.....	6,5 kgf (sem vaporizador)
Altura.....	685 mm
Largura.....	380 mm
Profundidade.....	234 mm

www.ktk.ind.br

VENDAS: 55 (11) 2948-5900

As especificações técnicas dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Os equipamentos KTK são projetados de acordo com as normas vigentes.

