Opsætning af aktivitetsmåler

Download OmGui

Software til opsætning samt download kan findes på følgende hjemmeside: https://github.com/digitalinteraction/openmovement/wiki/AX3-GUI


Opladning af accelerometrene

Påregn opladning minimum en time før og gerne natten over. Accelerometrene skal *tidligst* oplades 4-5 dage før brug. Når der står 90% med grøn skrift så er det ok.

Accelerometrene indstilles til én person ad gangen.

Start OMGui softwaren

- Forbind accelerometeret til computeren vha. USB
- Afvent at accelerometeret kommer på Device listen
- Hvis der er data på accelerometeret, skal det tømmes ved at markere accelerometeret og tryk "Clear" og "ok" til at slette indholdet
- Marker accelerometeret i listen
- Tryk "Record" for at opsætte accelerometeret (du får følgende vindue frem)




• Indtast borgerens RedCap/Record ID i Recording sessions




Det er vigtigt at Record ID indtastes UDEN bindestreg. fx 531377

- Vælg Sampling Freq. (Hz) 50
- Vælg Range 8
- Vælg Interval under Recording Time
- Start date sættes til den dag borgeren skal have det på og tidspunkt svarende til, hvornår testen er overstået. fx 08-maj-2025 kl.10:28
- Duration sættes til 7 dage
- I unpacked data sættes et flueben husk dette!
- Der klikkes ok.
- Tjek at borgerens Record ID står under Session Id



Gå ind i REDCap projektet "LIVING"

• Find borgeren i REDCap og klik på det besøg der er tale om



- Scroll ned til punkterne omkring accelerometer. Her indtastes Accelerometer ID nummer, det nummer der står printet på accelerometeret fx 18 - 79290
- TJEK igen at det indtastede accelerometer ID nummer i REDCap passer med det der er på accelerometeret.

• Hvis dataindsmalingen er færdig ændres Form Status fra Incomplete til Complete. Hvis der mangler at udføres målinger trykkes Save & Exit Form.



• Udlever kuvert til borger med tape og guide til påsætning, skulle accelerometeret falde af i løbet af de 7 dage.

Download data fra accelerometrene



Warning

Denne procedure er kun relevant, hvis man sidder med et accelerometer som ikke er renset for data. Kontakt Jonas 24607984 inden du går videre.

- 1. Start OMGui softwaren
- 2. Forbind accelerometret til computeren ved hjælp af Hub USB
- 3. Afvent at accelerometret kommer på Device listen
- 4. Opret mappe til download, hvor data skal placeres. Navngiv mappen efter dataindsamlingstidspunktet. fx acc besøg2.Det går hurtigst, hvis du downloader til computeren først og herefter uploader til krypteret harddisk
- 5. Tjek at Workspace er korrekt eller vælg mappe til download ved at trykke på de tre prikker ...
- 6. Hvis accelerometrene stadig måler marker accelerometrene og tryk på Stop
- 7. Hvis der er data på accelerometrene marker alle instrumenterne og vælg 'Download'
- 8. Data er downloadet, når der står Complete

- 9. Tjek om filen er downloadet korrekt ved at markere filen i det nederste vindue data files og se data i displayet
- 10. Når du er færdig med at downloade tjek i mappen for download om antal filer stemmer overens med antallet af downloadede accelerometre. Tjek også at filerne er helt downloadede der må ikke stå .part i slutningen af den downloadede fil
- 11. De første cifre i filnavnet er scanner nr., som står på tekstsiden af accelerometeret. Det sidste nr. er borgerens id (session id)
- 12. Upload data til mappen accelerometer_[tidspunkt] på Nextcloud