


# Calibration report

Bio-Rad DATE: 12/18/2019  
D-10 TIME: 10:43 AM  
S/N: #DA2L121109 Software version: 4.30-2  
Calibrator ID: AA90195  
Injection date 12/13/2019 01:43 PM  
Injection #: 9 Method: HbA2/F  
Rack #: C1 Rack position: 2



Peak table - ID: CAL2

Peak	R.time	Height	Area	Area %
A1a	0.25	12864	86274	3.3
F	0.52	23337	173551	7.1
LA1c/CHb-1	0.73	2944	19415	0.7
A1c	0.91	7146	85130	5.4
P3	1.50	13175	122315	4.7
A0	1.68	393705	1942691	74.9
A2	3.15	6788	165673	6.9
Total Area:			2595049	

Concentration:	%
F	7.1
A1c	5.4
A2	6.9

Calibration Passed

Analyte	Old Slope	Old Intercept	New Slope	New Intercept
F	1.12	-0.30	1.11	-0.35
A1c	1.07	1.41	1.05	1.42
A2	1.06	0.03	1.11	-0.21