


Calibration report

Bio-Rad
D-10
S/N: #DJ7A053407
Calibrator ID:
Injection date
Injection #: 7
Rack #: B1

DATE: 12/06/2020
TIME: 02:20 PM
Software version: 4.30-2
AA00086
12/06/2020 09:44 AM
Method: HbA2/F
Rack position: 1



Peak table - ID: CAL1

Peak	R.time	Height	Area	Area %
A1a	0.21	7023	23177	0.9
A1b	0.29	9179	53975	2.0
F	0.46	7211	49303	1.7
LA1c/CHb-1	0.69	3708	24443	0.9
A1c	0.83	18715	215568	10.1
P3	1.54	16090	148520	5.5
A0	1.70	395038	2127005	78.5
A2	3.25	2645	68356	2.4
Total Area:		2710348		

Concentration:	%
F	1.7
A1c	10.1
A2	2.4