


Calibration report

Bio-Rad
D-10
S/N: #DJ7A053407
Calibrator ID:
Injection date
Injection #: 8
Rack #: B1

DATE: 12/06/2020
TIME: 02:20 PM
Software version: 4.30-2
AA00087
12/06/2020 09:50 AM
Method: HbA2/F
Rack position: 2



Peak table - ID: CAL2

Peak	R.time	Height	Area	Area %
A1a	0.25	13852	97502	3.4
F	0.51	27872	196303	7.3
LA1c/CHb-1	0.70	3929	24529	0.8
A1c	0.85	8716	99397	5.4
P3	1.50	17681	165200	5.7
A0	1.70	392753	2133262	73.6
A2	3.20	7150	183693	6.7
Total Area:		2899885		

Concentration:	%
F	7.3
A1c	5.4
A2	6.7

Calibration Passed

Analyte	Old Slope	Old Intercept	New Slope	New Intercept
F	1.13	-0.36	1.13	-0.36
A1c	1.10	0.93	1.08	1.16
A2	1.06	-0.15	1.13	-0.44