


# Control report

Bio-Rad                      DATE: 12/18/2019  
D-10                          TIME: 10:43 AM  
S/N: #DA2L121109        Software version: 4.30-2  
Control ID:                54711  
Injection date              12/13/2019 12:57 PM  
Injection #: 4              Method: HbA2/F  
Rack #: B1                Rack position: 3



Peak table - ID: A2CTRL

| Peak        | R.time  | Height | Area    | Area % |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
| A1b         | 0.33    | 10730  | 76845   | 2.5    |
| F           | 0.50    | 9448   | 61910   | 2.0    |
| LA1c/CHb-1  | 0.65    | 2688   | 6708    | 0.2    |
| Unknown     | 0.70    | 3224   | 9520    | 0.3    |
| Unknown     | 0.73    | 3468   | 6625    | 0.2    |
| LA1c/CHb-2  | 0.71    | 3996   | 35857   | 1.2    |
| A1c         | 0.90    | 8674   | 115197  | 35.6   |
| A0          | 1.84    | 10734  | 125868  | 4.2    |
| Unknown     | 2.26    | 26928  | 526425  | 17.5   |
| A2          | 2.97    | 34642  | 1925457 | 66.1 * |
| S-Window    | 4.14    | 12818  | 124540  | 4.1    |
| Total Area: | 3014951 |        |         |        |

|                |      |
|----------------|------|
| Concentration: | %    |
| F              | 2.0  |
| A1c            | 35.6 |

|    |        |
|----|--------|
| A2 | 66.1 * |
|----|--------|

Control out of range