Equipamiento Reactivos Bio-analíticos

ERBAMEX.com

Guadalajara, Jal., a 20 de marzo del 2025

Montajes y Estructuras de Zacatecas
Grupo Cavi

Micros 60 (Equipo contador de células)

Durante el mantenimiento preventivo, el analizador presenta de fugas de reactivo. Se procedió a la limpieza del tanque vacío, tanque de presión, jeringas y émbolos de diluyente, muestras y lisante. Limpieza de válvulas, revisión de electrónica, fuente de alimentación, pantalla, cubiertas, teclado, motores, porta tubos, baño de blancos y rojos, cambio del Kit de mantenimiento preventivo anual. Limpieza y lubricación de mecanismos de aguja de toma de muestras, de traslado del carro de aguja.
Se encontró fuga en válvulas 7, 9 y 11.

Se reparo la válvula 11 pero se van a reparar las válvulas 7 y 9 se enviaran por paquetería para que el químico Efren instale.

Costo por reparación de válvulas es de $2,400.00 mas IVA.





2784

Atte

Ing José Antonio Aguilar Patiño

Jose Becerra #4654 Tel. (33) 36-49-52-44, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México C.P. 44390
Ventas @ ERBAMEX.com